



LABORATÓRNY MLYN

FQC – 109

Laboratórny mlyn FQC 109 sa používa na laboratórnu prípravu múky. Testovaná vzorka obilia prechádza medzi ryhovanými ocelovými valcami, ktoré sa otáčajú rôznou rýchlosťou a opačnými smermi. Namletý produkt je rozdelený na otruby a múku rotacným sitom s nerovnomernou rýchlosťou otáčania. Doplnením o valec s jemným ryhovaním a o sito s otvormi 150 μm (dodáva sa ako zvláštne príslušenstvo) je prístroj vhodný pre prípravu skúšobnej múky pre sedimentačný test podľa normy STN ISO 5529 (Zeleny).

Technická špecifikácia:


Množstvo vzorky na mletie:	max. 250 g
Mlecí výkon:	40 - 60 g/min.
Optimálna vlhkosť vzorky:	
- triticum durum	16 %
- múčna pšenica	15 %
Výdatnosť mletia:	
(- so sitom 250 μm)	60 - 70 %
Sitá s otvormi	250 μm
Napájanie:	3 x 380/220 V
Príkion:	480 W
Rozmery:	470 x 410 x 620 mm
Hmotnosť:	60 kg



Dalšie voliteľné príslušenstvo (Test Zeleny):

Sito 150 μm
Hladký valec c. 4

Výrobca: METEFÉM, Madarsko



Predaj a servis:
MEZOS-SQ spol. s r. o., Ul. 29. augusta 5, 974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/4123216; mobil: 0905 607 867
e-mail: mezos@mezos.sk; web: www.mezos.sk